



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14035

На медицинское изделие

Ультразвуковой прибор для диагностики околоносовых пазух  
"Ангиодин-Лор" по ТУ 26.60.12-020-17201375-2018

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Акционерное общество "Научно-производственная фирма "БИОСС"  
(АО "НПФ "БИОСС"), Россия,  
124489, Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6А, стр. 1

Производитель

Акционерное общество "Научно-производственная фирма "БИОСС"  
(АО "НПФ "БИОСС"), Россия,  
124489, Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6А, стр. 1

Место производства медицинского изделия

АО "НПФ "БИОСС", Россия, 124489, Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея,  
д. 6А, стр. 1

Номер регистрационного досье № РД-31938/9581 от 17.03.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.12.132

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 16 апреля 2021 года № 3243  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0056447



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 апреля 2021 года № РЗН 2021/14035

Лист 1

На медицинское изделие

**Ультразвуковой прибор для диагностики околоносовых пазух**  
**"Ангиодин-Лор" по ТУ 26.60.12-020-17201375-2018, в составе:**

1. Электронный блок "Ангиодин-Лор" БМАР.469146.034 - 1 шт.
2. Источник питания сетевой - 1 шт.
3. Кабель питания 220 В, 1,8 м XVI-H03VVH2F2x075-C7/1,8m, производства Feller GmbH, Австрия - 1 шт.
4. Ультразвуковой зонд 3 МГц 07.0000.01, производства Medizintechnik Basler AG, Швейцария - не более 2 шт.
5. Ультразвуковой зонд 5 МГц 02.0169.0505.01, производства Medizintechnik Basler AG, Швейцария - не более 2 шт.
6. Переключатель ножной одиночный Р1 БМАР.943139.003 - 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации БМАР.941339.002РЭ.
8. Паспорт БМАР.941339.002ПС.

Принадлежности:

1. Термобумага, 57 мм x Ø30 мм, 10 м - не более 10 шт.

≈

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлов

0081643