



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2018 года № РЗН 2015/2620

На медицинское изделие

Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР - «УОМЗ»
по ТУ 32.50.21-121-07539541-2018 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ"), Россия,
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б

Производитель

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ"), Россия,
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б

Место производства медицинского изделия

АО "ПО "УОМЗ", Россия,
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б

Номер регистрационного досье № РД-23153/31769 от 06.08.2018

Вид медицинского изделия 152090

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.21.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2018 года № 5381
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0035654

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 14 августа 2018 года

№ РЗН 2015/2620

Лист 1

На медицинское изделие

Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР - «УОМЗ» по ТУ 32.50.21-121-07539541-2018 с принадлежностями:

В составе:

- Блок управления, 3703.01100000, АО «ПО «УОМЗ», (Россия), 1 шт.
- Датчик температуры, 3703.41000000, АО «ПО «УОМЗ», (Россия), 1 шт.
- Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные для взрослых, для детей, для новорожденных с обогревом или без, с принадлежностями REF 5600 SLE BC 5188/100 или SLE BC 5188/400/15, «Intersurgical Ltd», (Великобритания), № ФСЗ 2009/03551, 1 шт.

Принадлежности:

- Дыхательный контур с камерой взрослый или дыхательный контур с камерой детский REF RT 265, RT 212, RT 226, «Fisher & Paykel Healthcare Limited Ltd», (Новая Зеландия), № ФСЗ 2007/00742, 2 шт.
- Крепление 900MR 170, «Fisher & Paykel Healthcare Limited Ltd», (Новая Зеландия), № ФСЗ 2007/00742, 1 шт.
- Адаптер нагревательного провода 5600000, «Intersurgical Ltd», (Великобритания), № ФСЗ 2009/03551, 1 шт.

Запасные части:

- Датчик температуры, 3703.41000000, АО «ПО «УОМЗ», (Россия), 1 шт.
- Предохранитель, 250 В, 3.15 А, 300 мс, FS-52-K-Q-3,15/250, 2 шт.
- Паспорт 3703.00000000ПС, АО «ПО «УОМЗ», (Россия), 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 3703.00000000РЭ, АО «ПО «УОМЗ», (Россия), 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0047100