

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ «РЕНЕКС» МРТ для конечностей

## С.П.Геллик

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА




# МРТ для конечностей «РЕНЕКС»

Компактный магнитно-резонансный томограф открытого типа на базе постоянного магнита «РЕНЕКС» предназначен для получения изображений суставов, мягких тканей и костей конечностей на основе ядерно-магнитного резонанса.



- U-образный магнит
- Компактный дизайн
- Работа от сети 220 В
- Высокое качество изображения
- Отсутствие расходных материалов
- Низкая стоимость
- Вес аппарата - 1200 кг
- Без лучевой нагрузки

CE  
2265



**Требования к площади помещения: от 12 м<sup>2</sup>**


Наша инженеры осуществляют экранирование клеткой Фарадея индивидуально под любую геометрию помещения кабинета.

## Технические характеристики


Напряженность поля	0,3 Т
Мин. толщина слоя в 2D	2 мм
Мин. толщина слоя 3D	0,6 мм
Макс. разрешение	1024x1024
Потребляемая мощность	>0,7 кВт·А
Рабочий зазор	Ø180 мм

# Возможности позиционирования

Конструкция томографа для конечностей «РЕНЕКС» обеспечивает максимальное удобство для пациента при проведении исследования как верхних, так и нижних конечностей. При этом время исследования занимает в среднем 30 минут.



Исследование коленного сустава



Исследование локтевого сустава

## 6 катушек в комплекте



Ø12x7 см, кисть



Ø16x13,5 см, локоть



Ø18,5x16 см, стопа




Ø10 см, детская стопа



Ø14,5x12,5 см, колено



Ø17,5x15 см, колено



# С.П.Гелпик

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Адрес: 117997, г. Москва  
ул. Профсоюзная 86 стр.2

Секретариат: +7 (495) 334-82-69

Отдел продаж: +7 (495) 344-84-55 / s@helpic.ru

Отдел сервиса: +7 (495) 334-13-92 / srv@helpic.ru

Отдел маркетинга: ad@helpic.ru

[www.helpic.ru](http://www.helpic.ru)



©2020 ООО «С.П. ГЕЛПИК» Указанная в данном материале информация может быть изменена без оповещения в целях улучшения. Приведенные характеристики могут быть изменены в зависимости от комплектации, модели и требований заказчика. Представленная информация предназначена исключительно для медицинских работников. Вся информация носит рекламный характер и не может быть использована в рамках 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе при: подготовке обоснований НМЦК; официальных сравнениях с аналогами; рассмотрении заявок на участие в аукционах/конкурсах/запросах предложений.