



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 декабря 2017 года № РЗН 2016/4101

На медицинское изделие  
**Мониторы медицинские**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Карл Шторц SE и Ко. КГ", Германия,  
Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Производитель  
"Карл Шторц SE и Ко. КГ", Германия,  
Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Место производства медицинского изделия  
Karl Storz SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-20311/71386 от 13.12.2017

Вид медицинского изделия 271710

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 декабря 2017 года № 10622  
допущено к обращению на территории Российской Федерации  
Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0033839



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2017 года

№ РЗН 2016/4101

Лист 1

На медицинское изделие

**Мониторы медицинские:**

Варианты исполнения:

I. Мониторы сенсорные KARL STORZ, размер диагонали: 21,5 и 24 дюйма.

1. Состав:

- монитор сенсорный KARL STORZ;
- кабель сетевой;
- блок питания 24 В;
- инструкция по эксплуатации.

2. Принадлежности:

- кабель SVGA;
- кабель DVI;
- кабель RS 232;
- подставка.

II. Мониторы HD KARL STORZ, размер диагонали: 27 дюйма.

1. Состав:

- монитор HD KARL STORZ;
- кабель сетевой;
- блок питания 24 В;
- инструкция по эксплуатации.

2. Принадлежности:

- кабель SVGA;
- кабель DVI;
- кабель S-Video;
- подставка.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0041495